



ERRATA E PRORROGAÇÃO

Processo Licitatório nº 004/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico RP nº 004/2021

Tipo: Menor preço por item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CPAP (VENTILADOR PARA SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO INVASIVO), EQUIPAMENTO BILEVEL (DISPOSITIVO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, IPAP E EPAP COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG

O município de Lagoa Santa/MG, por intermédio do pregoeiro, instituído pela Portaria nº 1.127, de 14 de abril de 2020 alterada pela Portaria nº 1.170, de 04 de dezembro de 2020, torna público a **ERRATA E PRORROGAÇÃO** da licitação em epígrafe, em conformidade com os termos do processo licitatório nº 004/2021, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de aparelhos cpap (ventilador para suporte ventilatório não invasivo), equipamento bilevel (dispositivo com dois níveis de pressão, ipap e epap com prestação de serviços de instalação, montagem e manutenção técnica preventiva e corretiva, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde do município de Lagoa Santa/MG.

1. Local, data e horário para realização da Sessão Pública passam a vigorar da seguinte forma, a saber:

- **RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ:**
Dia 22/02/2021 às 9h.
- **ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:**
Dia 22/02/2021 às 9h01min.
- **LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:**
www.bbmnetlicitacoes.com.br

2. Conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde exclui-se o item 2 do título Objeto do Anexo I - Especificações do Objeto - Termo de referência do edital, o quadro de itens passa a vigorar da seguinte forma, onde se lê:

ITEM	QTD	UN	NOME
1	24	SV	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS EQUIPAMENTO BILEVEL (DISPOSITIVO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, IPAP E EPAP)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			<p>IPAP: mínimo de 4 a 30 cmH₂O EPAP: mínimo de 4 a 25 cmH₂O Modos: Controlado, Assistido Controlado, Espontâneo e Suporte de Pressão Assegurada de Volume Médio (AVAPS) Freqüência respiratória: mínimo de 0 a 30 irpm Tempo de subida (Rise time): mínimo de 100 a 600 ms Tempo Inspiratório: aproximado de 0,5 - 3s Monitoramento: pressão, volume corrente, ventilação por minuto, taxa respiratória, fuga. Alarmes: desconexão, apneia, ventilação por minuto, voltagem: bivolt automático, circuito: máximo de 2 metros, baixo nível de ruído Deve conter: adaptação automática de vazamento, bateria para funcionamento interna ou nobreak com autonomia aproximada de 04 horas na ausência de energia elétrica, umidificador com controle de umidade, filtro, ajuste automático da altitude, interface de silicone nasal ou facial, registro na ANVISA. A empresa deve ser responsável pela manutenção do aparelho, bem como troca em até 24 horas, caso haja algum defeito. O circuito e a interface devem estar incluídos e serem trocados de seis em seis meses ou sempre que se fizer necessário (mau funcionamento). Após avaliação da Equipe Técnica do SAD</p>
2	72	SRV	<p>LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (BASICO) COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E CARTAO DE MEMORIA.</p> <p>Intervalo de Pressão: mínimo de 4 a 20 cmH₂O Tempo de Rampa: mínimo de 0 a 45 minutos com incremento mínimo de 5 em 5 min. Voltagem: Bivolt automático Circuito: máximo 2 metros Nível de ruído: menor ou igual a 35db. Deve conter: umidificador com controle de umidade, ajuste automático da altitude, filtro, sistema de alívio durante a expiração, interface de silicone ou facial, registro Anvisa , bateria para funcionamento interna OU nobreak com autonomia aproximada de 04 horas na ausência de energia elétrica. A empresa deve ser responsável pela manutenção do aparelho, bem como troca imediata caso haja algum defeito. O circuito e a interface devem estar incluídos e serem trocados de seis em seis meses ou sempre que se fizer necessário (mau funcionamento). Após avaliação da Equipe Técnica do SAD</p>

Leia-se:

ITEM	QTD	UN	NOME
1	24	SV	<p>LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS EQUIPAMENTO BILEVEL (DISPOSITIVO COM DOIS NÍVEIS DE PRESÃO, IPAP E EPAP)</p> <p>IPAP: mínimo de 4 a 30 cmH₂O EPAP: mínimo de 4 a 25 cmH₂O Modos: Controlado, Assistido Controlado, Espontâneo e Suporte de Pressão Assegurada de Volume Médio (AVAPS) Freqüência respiratória: mínimo de 0 a 30 irpm Tempo de</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			subida (Rise time): mínimo de 100 a 600 ms Tempo Inspiratório: aproximado de 0,5 - 3s Monitoramento: pressão, volume corrente, ventilação por minuto, taxa respiratória, fuga. Alarmes: desconexão, apneia, ventilação por minuto, voltagem: bivolt automático, circuito: máximo de 2 metros, baixo nível de ruído Deve conter: adaptação automática de vazamento, bateria para funcionamento interna ou nobreak com autonomia aproximada de 04 horas na ausência de energia elétrica, umidificador com controle de umidade, filtro, ajuste automático da altitude, interface de silicone nasal ou facial, registro na ANVISA. A empresa deve ser responsável pela manutenção do aparelho, bem como troca em até 24 horas, caso haja algum defeito. O circuito e a interface devem estar incluídos e serem trocados de seis em seis meses ou sempre que se fizer necessário (mau funcionamento). Após avaliação da Equipe Técnica do SAD
--	--	--	--

3. Em virtude da correção que altera os itens licitados, adequa-se o pregão eletrônico substituindo o na plataforma BBMNET pela versão retificada 004/2021 R. Esclarece-se que:

- 3.1. O registro designado “004/2021” , trata-se do primeiro registro disponibilizado, este consta de vício insanável pela plataforma.
- 3.2. O registro designado “004/2021 R” , trata-se de novo registro retificado, onde deverão ser cadastradas as propostas e será realizada a sessão.
- 3.3. Portanto, esclarece-se que, todos os atos deverão ser realizados novo registro designado “004/2021 R”.

Lagoa Santa, 26 de janeiro de 2021.

4. Permanecem inalteradas as demais disposições.

**Marcelle Rodrigues do Nascimento Faria
Pregoeira**